



# 湖南华科检测技术有限公司

Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报 告 编 号： G2109-574

(Report number)

项 目 名 称： 微波灭菌效果检测

(Name of project)

委 托 单 位： 宿迁中油优艺环保服务有限公司

(Client)

报 告 日 期： 二零二一年九月二十九日

(Report date)

## 报告编制说明

- 1、检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出复核申请，逾期则视为认可检测结果。微生物检验结果不受理复核申请。
- 4、由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。
- 7、对不可重复性试验的样品不进行复检。
- 8、除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科检测技术有限公司

地址：长沙市雨花区振华路 107 号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703、

长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期 11 栋 604 房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

检测  
报告  
2017

湖南华科检测技术有限公司  
Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

报告编号: G2109-574

第3页, 共5页

样品名称	微波灭菌效果(消毒菌片)	样品来源	委托方送样
委托单位	宿迁中油优艺 环保服务有限公司	检测单位	湖南华科检测 技术有限公司
委托人/陪同人	葛宇	采样人	——
商 标	——	生产厂家	——
型号规格	——	收样日期	2021.09.22
编号或批号	——	检验日期	2021.09.22
样品数量	——	检毕日期	2021.09.29
样品状态描述	样品包装完好		
检验依据	《消毒技术规范》(2002年版)		
检验项目	微波灭菌效果检测(枯草杆菌黑色变种芽孢)		

(本页以下空白)

科  
专  
2021

湖南华科检测技术有限公司  
Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

报告编号: G2109-574

检验结果

第 4 页, 共 5 页

试验序号 (次)	阳性对照组菌落数 (CFU/片)	试验菌片残留菌落数 (CFU/片)	杀灭对数值 (KL)
1	$7.95 \times 10^5$	0	5.90
2	$8.85 \times 10^5$	0	5.95
3	$7.28 \times 10^5$	0	5.86
4	$8.54 \times 10^5$	0	5.93
5	$9.33 \times 10^5$	0	5.97
平均值	$8.39 \times 10^5$	0	5.92

(本页以下空白)



湖南华科检测技术有限公司  
Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

报告编号: G2109-574

检验结果

第 5 页, 共 5 页

检验结论

- 经检验, 所检设备对枯草杆菌黑色变种芽孢消毒效果符合 HJ/T 229-2006 《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行)》要求。



报告编制人: 邓莉

签发人: 孙明玉

校核人: 周景雨

签发日期: 2021年9月29日