



# 湖南华科环境检测技术服务有限公司

Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报 告 编 号： G2103-218  
(Report number)

项 目 名 称： 压力蒸汽灭菌效果检测  
(Name of project)

委 托 单 位： 宿迁中油优艺环保服务有限公司  
(Client)

报 告 日 期： 二零二一年三月二十三日  
(Report date)



## 报告编制说明

- 1、检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出复核申请，逾期则视为认可检测结果。微生物检验结果不受理复核申请。
- 4、由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。
- 7、对不可重复性试验的样品不进行复检。
- 8、除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科环境检测技术服务有限公司

地址：长沙市雨花区振华路 107 号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703、

长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期 11 栋 604 房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

湖南华科环境检测技术服务有限公司  
Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

报告编号: G2103-218

第 3 页, 共 5 页

样 品 名 称	压力蒸汽灭菌效果	样 品 来 源	委托方送样
委 托 单 位	宿迁中油优艺环保服务 有限公司	检 测 单 位	湖南华科环境检测 技术服务有限公司
委托人/陪同人	葛 宇	采 样 人	——
商 标	——	生 产 厂 家	——
型 号 规 格	——	收 样 日 期	2021.03.15
编 号 或 批 号	——	检 验 日 期	2021.03.15
样 品 数 量	3 份	检 毕 日 期	2021.03.22
样品状态描述	灭菌监测包完好		
检 验 依 据	WS/T 367-2012		
检 验 项 目	压力蒸汽灭菌效果检测 (嗜热脂肪杆菌芽孢)		

(本页以下空白)

一  
成  
一  
一



湖南华科环境检测技术服务有限公司  
Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

报告编号: G2103-218

检验结果

第 4 页, 共 5 页

样品编号	样品名称	检验项目	检验结果	指标	检验方法
SJ210315050101	灭菌监测包 1	嗜热脂肪杆菌芽孢	阴性	阴性	WS/T 367-2012 附录 A.2.1 生物监测法
SJ210315050102	灭菌监测包 2	嗜热脂肪杆菌芽孢	阴性	阴性	WS/T 367-2012 附录 A.2.1 生物监测法
SJ210315050103	灭菌监测包 3	嗜热脂肪杆菌芽孢	阴性	阴性	WS/T 367-2012 附录 A.2.1 生物监测法

(本页以下空白)

湖南华科环境检测技术服务有限公司  
Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

报告编号: G2103-218

检验结果

第 5 页, 共 5 页

检验结论

经检验, 所检项目均符合 WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》要求。



报告编制人: 黄克克

签发人: 张明

校核人: 周景雨

签发日期: 2021年03月23日