



湖南华科检测技术有限公司

Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

检 验 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号: G2107-831
(Report number)

项 目 名 称: 压力蒸汽灭菌效果检测
(Name of project)

委 托 单 位: 宿迁中油优艺环保服务有限公司
(Client)

报 告 日 期: 二零二一年七月三十日
(Report date)

报告编制说明

- 1、检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出复核申请，逾期则视为认可检测结果。微生物检验结果不受理复核申请。
- 4、由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。
- 7、对不可重复性试验的样品不进行复检。
- 8、除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科检测技术有限公司

地址：长沙市雨花区振华路 107 号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703、

长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期 11 栋 604 房

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

湖南华科检测技术有限公司
Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

报告编号: G2107-831

第 3 页, 共 5 页

样品名称	灭菌效果	样品来源	委托方送样
委托单位 (或地址)	宿迁中油优艺环保 服务有限公司	检测单位	湖南华科检测 技术有限公司
委托人/陪同人	葛宇	采样人	——
商 标	——	生产厂家	——
型号规格	——	收样日期	2021.07.20
编号或批号	——	检验日期	2021.07.20
样品数量	3份	检毕日期	2021.07.27
样品状态描述	灭菌监测包完好		
检验依据	WS/T 367-2012		
检验项目	压力蒸汽灭菌效果检测 (嗜热脂肪杆菌芽孢)		

(本页以下空白)

湖南华科检测技术有限公司
Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

报告编号: G2107-831

检测结果

第 4 页, 共 5 页

样品编号	样品名称	检验项目	检验结果	指标	检验方法
SJ210720040101	灭菌监测包 1	压力蒸汽灭菌效果检测 (嗜热脂肪杆菌芽孢)	阴性	阴性	WS/T 367-2012 附录 A.2.1 生物监测法
SJ210720040102	灭菌监测包 2	压力蒸汽灭菌效果检测 (嗜热脂肪杆菌芽孢)	阴性	阴性	WS/T 367-2012 附录 A.2.1 生物监测法
SJ210720040103	灭菌监测包 3	压力蒸汽灭菌效果检测 (嗜热脂肪杆菌芽孢)	阴性	阴性	WS/T 367-2012 附录 A.2.1 生物监测法

(本页以下空白)

1
2
3
4
5

湖南华科检测技术有限公司
Hunan Huake Test & Technology Co., Ltd

报告编号: G2107-831

检测结果

第 5 页, 共 5 页

检验结论

经检验, 所检项目均符合 WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》要求。



报告编制人: 邓莉

签发人: 张明

校核人:

签发日期: 2021年 7月 30日